



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 60.01.07.000.M.000300.07.19 от 12.07.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):  
Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека - ионизирующее излучение (генерирующее), лазерное излучение в соответствии с приложением.

ООО "Стоматологическая поликлиника "Стом Идеал" 180016, г. Псков, пр. Рижский, 76/2, пом. 1003" ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ООО "Стоматологическая поликлиника "Стом Идеал" 180016, г. Псков, пр. Рижский, 76/2, пом. 1003" ("Российская Федерация")

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований". СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области" №784 от 27.06.19г., (аттестат аккредитации Органа инспекции RA. RU. 710025 выдан 11.06.2015г)

Заключение действительно до 14.07.2024 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№2802703







**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 60.01.07.000.М.000300.07.19 ОТ 12.07.2019 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека - ионизирующее излучение (генерирующее) в соответствии с приложением.

Организация получающая санитарно-эпидемиологическое заключение -  
Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологическая поликлиника "СтомИдеал" Псковская область  
г. Псков, Рижский пр, 76/2 пом. 100

Сан.-эпид. заключение распространяется на:

1 Рентгеностоматологический кабинет №3:

- аппарат рентгеновский стоматологический "ERGON-X HF", заводской номер 000399, регистра-ционное удостоверение №ФСЗ 2010/06663; год выпуска 2010

- радиовизиограф Gendex Expert GXS 700, заводской номер 1173250933, регистрационное удосто-верение № ФСЗ 2011/09622; год выпуска 2017

2. Рентгеностоматологический кабинет №6

- аппарат цифровой рентгеновский панорамный стоматологический "Gendex CXDP-700-1", завод-ской номер GE 1301191, регистрационное удостоверение № ФСЗ2012/12033; год выпуска 2015

3. Стоматологический кабинет №1:

- лазер стоматологический "Picasso" модель Picasso 7Вт, зав.№ДС1104080, регистрационное удо-стоверение №ФСЗ 2011/09260.

Ответственный за радиационную безопасность - Полеводина Т.В.. (Приказ №2 от 09.01.2019г)

Ограничительные условия: не допускается использование рентгеновских аппаратов и кабинетов не по назначению и проведение работ не указанных в санитарно-эпидемиологическом заключении.

Обязательный индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы А.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

